

Отчёт по результатам анализа ПЦР



Настройки анализа: метод: Пороговый (Ct) (BF), cr=9, vt=10, tp=30, tv=5

Дата: 21.05.2024, 13:59:31

Номер протокола: 0

Оператор: Гость

Файл с результатами: Roma 21.05.r96

Комментарий:

Тест: TEST

Программа амплификации: 60__evrogen (25мкл)

1. 95.0 °C - 0:05:00

2. 94.0 °C - 0:00:20

60.0 °C - 0:00:10

72.0 °C - 0:00:15

3. 56.0 °C - 0:00:06

4. 10.0 °C - хранение
- 



Δt
- }]

*40

*200 (0.20)

Кривая плавления

Номер лунки	Идентификатор пробирки	Tm Fam	Tm Hex
F1	HEK293T-shMiR-93_miR-191 (TES	73.0	
F2	HEK293T-shMiR-93_miR-191 (TES	73.0	
F3	HEK293T-shMiR-93_miR-191 (TES	73.1	
F4	HEK293T-Ctrl_miR-191 (TEST)	73.0	
F5	HEK293T-Ctrl_miR-191 (TEST)	73.0	
F6	HEK293T-Ctrl_miR-191 (TEST)	73.1	
F10	Empty_miR-191 (TEST)	73.5	
F11	Empty_miR-191 (TEST)	73.6	
F12	Empty_miR-191 (TEST)	73.6	

